

HCG 検査キット変更のお知らせ



2024年 11 月
株式会社グッドライフデザイン

このたび HCG（尿中ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）検査におきまして、検査キットを変更させていただきますのご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【変更日】

2024年12月（現行キットなくなり次第変更）

【変更内容】

変更内容は以下のとおりです。

・HCG 検査

	変更後	変更前
キット名	プライムチェック HCG	クリアビュー-EASY HCG
検査時間	5分	3~10分
必要検体量	150 μ L	100 μ L
最小検出感度	20mIU/mL	25mIU/mL

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：血液・一般部門 内線：5101